



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JANUAR 2022

serijska številka: **65-0122**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **04.02.2022 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,57	4,76	9,35	9,29
IR 2P	0,54	3,56	4,74	9,80	9,26
IR 3P	1,19	3,49	4,70	10,33	9,14
IR 4P	1,52	3,49	4,66	10,62	9,08
IR 5P	1,80	3,47	4,67	10,89	9,09
IR 6P	2,42	3,42	4,63	11,42	8,99
IR 7P	2,99	3,40	4,60	11,93	8,93
IR 8P	3,43	3,36	4,58	12,32	8,87
IR 9P	3,68	3,33	4,55	12,51	8,81
IR 10P	3,83	3,33	4,52	12,62	8,76

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 12.01.2022

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg

