INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, **E**: mlab@bf.uni-lj.si

REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO

APRIL 2022
serijska številka: **1469-0422**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **15.04.2022 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	**Sečnina (mg/100ml)**	**Sd (mg/100ml)**
Urea 1	16,1	± 0,6
Urea 2	16,0	± 1,2
Urea 3	21,7	± 0,1
Urea 4	25,2	± 0,6
Urea 5	29,7	± 0,2
Urea 6	37,2	± 0,1
Urea 7	37,9	± 0,6

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 7.4.2022

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg

UNIVERZA V LJUBLJANI Biotehniška fakulteta 22 Ljubljana