INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, **E**: mlab@bf.uni-lj.si

KONTROLNI VZORCI ZA ZMRZIŠČNO TOČKO
(nekonzervirani vzorci)

MAREC 2018
serijska številka: **1049-0318**

Vzorci: **Surovo mleko**
Uporabno najmanj do: **2. 3. 2018 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	**Zmrziščna točka °C**
ZT 1	-0,555
ZT 2	-0,544
ZT 3	-0,539
ZT 4	-0,535
ZT 5	-0,526
ZT 6	-0,519
ZT 7	-0,513
ZT 8	-0,504
ZT 9	-0,498
ZT 10	-0,490

Metoda določitve: **SIST EN ISO 5764:2009**
Merilna negotovost metode: ± **0,0038 ºC**, podana kot razširjena negotovost, izračunana z upoštevanjem faktorja pokritja k=2, kar predstavlja približno 95% stopnjo zaupanja rezultata.

Domžale, 28.2.2018

Vodja laboratorija:
Stanka Podkrajšek, univ.dipl.inž.