INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, **E**: mlab@bf.uni-lj.si

KONTROLNI VZORCI ZA ZMRZIŠČNO TOČKO

MAREC 2019
serijska številka: **1107-0319**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **12.3.2019 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	**Zmrziščna točka °C**
ZT 1	-0,544
ZT 2	-0,541
ZT 3	-0,536
ZT 4	-0,531
ZT 5	-0,528
ZT 6	-0,521
ZT 7	-0,519
ZT 8	-0,511
ZT 9	-0,507
ZT 10	-0,503

Metoda določitve: **SIST EN ISO 5764:2009**
Merilna negotovost metode: **± 0,0023 °C**, podana kot razširjena negotovost.

Domžale, 6.3.2019

Vodja laboratorija:
Stanka Podkrajšek, univ.dipl.inž.